



ООО «ТестИнТех»

Аттестат аккредитации № RA.RU.312099 от 27.02.2017 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 332222

Действительно до
23 июля 2020 г.

Средство измерений Тестер ультразвуковой УК1401,
наименование, тип, модификация,
регистрационный № 53482-13
регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений
отсутствуют
серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)
заводской номер (номера) 5172958
поверено В соответствии с описанием типа
поверено в соответствии с МП РТ 1888-2013 «Тестеры ультразвуковые УК1401,
УК1401S. Методика поверки»
с применением эталонов: набор мер толщины УСВ 002 № 003, штангенциркуль
ШЦ-II-250-0.1 № 11071209
при следующих значениях влияющих факторов: температура 21°C, относительная
влажность 55%, атмосферное давление 101 КПа

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям.

Знак поверки



Генеральный директор

Должность руководителя подразделения
или другого уполномоченного лица

Подпись

Грабовский А.Ю.

Инициалы, фамилия

Поверитель

Богодухов В.А.

Инициалы, фамилия

Дата поверки
24.07.2019 г.

